

Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data zapytania	27.08.2026r.
Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego	Przychodnia Orłowo sp. z o.o. Ul. Wrocławska 54 81-553 Gdynia NIP:5862059413
Przedmiot zamówienia	bieżnia do prób wysiłkowych – 1 szt.
Planowany termin realizacji (od - do)	10.09.2026r. - 30.09.2026r.
Termin przesłania oferty	na adres email m.roszak@orlowo.com do dnia 04.09.2026r godz. 16:00

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest/są bieżnia do prób wysiłkowych- 1 szt., zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi.

Wymagania techniczne:

1. Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej.
2. System kontroli nachylenia pozwalający na precyzyjne ustawienie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni.
3. Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h ze zmianą co 0,1 km/godz.
4. Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% ze zmianą co 0,5%.
5. Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm.
6. trzy wyłączniki bezpieczeństwa – w tym jeden zewnętrzny, podnoszą bezpieczeństwo pacjenta oraz zwiększają kontrolę nad pracą bieżni.
7. Funkcja ZERO START.



8. Zakres pomiaru HR: 25-300 bpm.
9. Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach: 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym.
10. Moduł EKG: czułość 2,5/5/10/20 mm/mV.
11. Moduł EKG: przesuw 25/50/100 mm/s.
12. Detekcja odpięcia elektrody INOP.
13. Moduł EKG: cyfrowe filtry 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz.
14. Moduł EKG: cyfrowy filtr linii izoelektrycznej.
15. Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232.
16. Waga pacjenta do 180 kg.

2. Warunki udziału w postępowaniu

- ☐ nie dotyczy
☒ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- a) **Oferowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.**
- b) **Oferowane urządzenia muszą być kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).**

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero-jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregośkolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Oferty muszą zostać złożone na wzorze ofertowym lub na wzorze własnym firmy.
4. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
5. Złożone **oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania.**
6. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.
7. **Kryteria oceny ofert.** Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

Nazwa kryterium	Waga
☒ Cena	80%
☐ Termin realizacji zamówienia	
☒ Okres gwarancji	20%
☐ Inne ...	

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

8. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
10. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.
11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).
12. Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z
Panem/-ią Małgorzata Litwińska-Roszak,
e-mail: m.roszak@orlowo.com , tel. 606104463

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego
Małgorzata Litwińska-Roszak

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy