



Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data zapytania	27.08.2026r.
Nazwa Grantobiorcy/Zamawiającego	Przychodnia Orłowo sp. z o.o. Ul. Wrocławska 54 81-553 Gdynia NIP:5862059413
Przedmiot zamówienia	Holter EKG – 3 szt.
Planowany termin realizacji (od - do)	10.09.2026r. - 30.09.2026r.
Termin przesłania oferty	na adres email m.roszak@orlowo.com do dnia 2026-09-04 godz. 16:00

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest/są holter EKG- 3 szt., zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi.

Wymagania techniczne:

1. Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2024.
2. Holter EKG 3-kanałowy
3. Klasa ochrony przed porażeniem min. CF
4. Kompaktowa budowa max. 80 x 50 x 20 mm
5. Niska masa urządzenia – 50g bez baterii
6. Zasilanie akumulatorowe z jednej baterii AAA pozwalające na pracę i akwizycję pełnego zapisu sygnału, bez kompresji, przez min. 6 dni



7. Możliwość ustawienia w menu Holtera typu używanej baterii w celu optymalizacji jej wykorzystania
8. Akwizycja sygnału EKG ograniczona czasowo tylko przez pojemność baterii
9. Możliwość wyboru ilości kanałów do zapisu – 3,1 (w zależności od posiadanego kabla/ustawień)
10. Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania do przeprowadzenia badania, przed uruchomieniem badania
11. Odporność na zakłócenia zewnętrzne – CMRR min. 90dB
12. Wzmocnienie - 5, 10, 20 mm/mV
13. Możliwość ustawienia poziomu próbkowania - 128, 256, 512 lub 1024Hz
14. Impedancja wejściowa > 50MΩ
15. Przetwornik A/D min. 24 bitów
16. Zapis pełnej jakości krzywych, bez kompresji danych
17. Wbudowany kolorowy ekran LCD w technologii OLED, do podglądu krzywych i obsługi menu Holtera
18. Ekran LCD o rozdzielczości min. 128x128
19. Wyświetlanie poziomu naładowania baterii na wbudowanym ekranie Holtera
20. Wstawianie markerów zdarzeń przez pacjenta za pomocą jednego przycisku Holtera
21. Podgląd jakości sygnału na poszczególnych kanałach przed rozpoczęciem badania na rejestratorze
22. Zabezpieczenie przed usunięciem nieodczytanego badania
23. Transmisja danych do komputera poprzez port USB
24. Jedno złącze do podłączenia przewodu pacjenta oraz kabla USB do komputera PC
25. Ochrona przed czynnikami z zewnątrz min. IP27
26. Tryb szybkiego kopiowania danych (kopiowanie pełnego raportu z 6 dni w czasie < 30 sekund)
27. Programowanie nośnika danych danymi badania i pacjenta przy użyciu oprogramowania do analizy holterowskiej posiadanym przez Zamawiającego
28. Detekcja pracy stymulatora serca
29. Wymienna pamięć – dołączona karta SD/SDHC pozwalająca na rejestrację całego badania
30. Detekcja podłączenia elektrod – komunikat na ekranie o nieprawidłowym ich podłączeniu
31. Zapis 3-kanałowy z 5 lub 7 elektrod
32. Możliwość wprowadzenia ID pacjenta przed rozpoczęciem badania
33. Menu urządzenia w języku polskim
34. W zestawie: rejestrator holterowski z oprogramowaniem na nośniku pamięci typu CD lub USB; kabel EKG – 5-elektrodowy (1szt.); pasek i etui na Holter (1kpl); kabel USB do podłączenia do komputera

2. Warunki udziału w postępowaniu



☐ nie dotyczy

☒ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- a) Oferowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- b) Oferowane urządzenia muszą być kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero-jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregośkolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Oferty muszą zostać złożone na wzorze ofertowym lub na wzorze własnym firmy.
4. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
5. Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania.
6. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.
7. **Kryteria oceny ofert.** Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

Nazwa kryterium	Waga
☒ Cena	80%
☐ Termin realizacji zamówienia	
☒ Okres gwarancji	20%
☐ Inne ...	

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

8. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
10. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.
11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).
12. Osoby do kontaktu



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z
Panem/-ią Małgorzata Litwińska-Roszak,
e-mail: m.roszak@orlowo.com , tel. 606104463

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego
Małgorzata Litwińska-Roszak

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy