



Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Data zapytania	26.05.2026
Nazwa Grantobiorcy	Przychodnia Orłowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot zamówienia	Stacjonarny aparat RTG
Planowany termin realizacji (od - do)	01.01.2026–30.11.2026
Termin przesłania oferty	na adres email m.roszak@orlowo.com do dnia 2026-06-15 godz. 10:00

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego, stacjonarnego aparatu RTG, rok produkcji nie starszy niż 2026, wyposażonego w minimum dwa bezprzewodowe, mobilne detektory cyfrowe. Oferowany aparat RTG musi stanowić kompletny, zintegrowany system diagnostyczny przeznaczony do wykonywania badań radiograficznych, składający się z co najmniej: generatora wysokiej częstotliwości, lampy RTG z kolimatorem, stołu pacjenta, stojaka do zdjęć odległościowych (ścianki płucnej), dwóch detektorów cyfrowych oraz stacji technika z oprogramowaniem diagnostycznym. Wszystkie podstawowe komponenty systemu powinny pochodzić od jednego producenta oraz posiadać deklarację zgodności jako wyrób medyczny. System musi umożliwiać wykonywanie badań w szerokim zakresie ekspozycji (m.in. napięcie w zakresie 40–150 kV, moc generatora min. 65 kW, prąd min. 630 mA), być wyposażony w automatyczną kontrolę ekspozycji (AEC) oraz oferować zarówno ręczny, jak i automatyczny dobór parametrów badania. Aparat powinien zapewniać wysoką jakość obrazowania przy zachowaniu bezpieczeństwa pacjenta, w tym posiadać zintegrowany miernik dawki (DAP) oraz systemy zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem. Zamawiany aparat powinien brać pod uwagę szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w tym bariatrycznych. Stół powinien mieć udźwig co



najmniej 250 kg, umożliwiać ruch blatu wzdłużny, poprzeczny oraz pionowy i regulację wysokości co najmniej w granicach 50-90 cm, blat powinien być zabezpieczony metalowymi listwami (przynajmniej wzdłuż dłuższych krawędzi). Zamawiany system musi umożliwiać wykonywanie badań zarówno na stole pacjenta, jak i w pozycji stojącej oraz poza stołem (np. na wózku), a także umożliwiać wykonywanie badań na ścianie płucnej poniżej poziomu stołu np. stawów kolanowych i stóp w pozycji stojącej pacjenta. Umożliwiać również skrócenie maksymalne pozycjonowania pacjenta oraz czasu ekspozycji poprzez zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne pozycjonowanie, centrowanie lampy względem detektora czy wykonywanie zdjęć łączonych (stitching) oraz wyposażenie w dotykowy panel LCD na kołpaku lampy wyświetlający dane o badaniu i pozwalający na zmianę parametrów ekspozycji. Detektory cyfrowe powinny być bezprzewodowe, mobilne, o wysokiej rozdzielczości i parametrach umożliwiających uzyskanie obrazów diagnostycznych wysokiej jakości (m.in. rozmiar ok. 43 × 43 cm, rozdzielczość min. 3000 × 3000 pikseli, głębokość akwizycji min. 16 bit) oraz odporne na obciążenie – obciążenie maksymalne rozproszone co najmniej 150 kg. System powinien umożliwiać wykorzystanie detektorów zarówno w stole, stojaku, jak i przy ekspozycjach wolnych. Aparat musi być wyposażony w nowoczesną stację technika z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę badań, przetwarzanie i archiwizację obrazów oraz możliwość integracji z aplikacją gabinetową (DICOM 3.0, RIS). Oprogramowanie powinno oferować funkcje m.in. regulacji parametrów obrazu, pomiarów, zarządzania bazą badań, analizy zdjęć odrzuconych oraz eksportu danych. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy kompletnego systemu RTG, montażu, instalacji i uruchomienia urządzenia, przeprowadzenia testów akceptacyjnych i specjalistycznych, przeszkolenia personelu medycznego, zapewnienia gwarancji minimum 24 miesiące oraz dostępności części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat, wykonywania przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. Wraz z dostawą urządzenia Wykonawca prześle dokumentację w języku polskim, w tym instrukcję obsługi, paszport techniczny, kartę gwarancyjną, wykaz autoryzowanych serwisów oraz wyniki testów akceptacyjnych.

2. Warunki udziału w postępowaniu

nie dotyczy

dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

a) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

b) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero –jedyńkowo (według formuły: spełnia - nie spełnia). Niespełnienie



któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
5. Złożone **oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania.**
6. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.
7. **Kryteria oceny ofert.** Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

Nazwa kryterium	Waga
<input checked="" type="checkbox"/> Cena	80%
<input type="checkbox"/> Termin realizacji zamówienia	-
<input checked="" type="checkbox"/> Okres gwarancji	20%
<input type="checkbox"/> Inne ...	

a) Cena - 80%

Ocena ofert nastąpi na podstawie ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. Punkty zostaną przyznane według wzoru:

$$C = Cn / Co * 80$$

gdzie:

C - oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Cn - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.

Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

b) Gwarancja - 20 %

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do liczby przyznanych miesięcy gwarancji (min. 24 m-ce).

- 24 m-ce - 5 pkt.,
- 36 m-ce - 10 pkt.,
- 48 m-ce - 15 pkt.,
- 60 m-ce i powyżej - 20 pkt. (max 20 punktów).

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

8. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** możliwości składania ofert częściowych.



9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
- 10. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.**
11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej.
- 12. Osoby do kontaktu**
W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z
Panem/-ią Małgorzatą Litwińską-Roszak, e-mail: m.roszak@orlowo.com, tel. 606-104-463

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy